

单一来源采购方式专业人员论证意见表

日期：2025 年 9 月 28 日

专业人员 信息	姓名：郭旭亮
	职称：副主任医师
	工作单位：安阳市灯塔医院
项目信息	项目名称：安阳市肿瘤医院 3D 胸腹腔镜手术镜头采购项目
	供应商名称：河南宁弈商贸有限公司
专业人员 论证意见	原有 KARL STORZ 3D 胸腹腔镜手术系统（主机：TC200，模块：TC302）正常运行必须匹配型号：26605BA 胸腹腔镜镜头，该镜头采用独有光学接口和通信协议，硬件、软件及算法均为 KARL STORZ 公司专利技术；其他的 3D 胸腹腔镜 3D 镜头无法与现有主机及模块连接，也无法实现图像识别和解码；无法保证手术时图像清晰、色彩稳定、真实。目前市场上只有从卡尔史托斯合法且唯一的授权代理商河南宁弈商贸有限公司处获得该产品；本次采购符合政府采购政策，建议采用单一来源采购方式。
专家签字	郭旭亮

注：本表中专业人员论证意见应由专业人员手工填写