

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名: 曾宏昌
	职称: 主任技师
	工作单位: 河南省肿瘤医院
项目信息	项目名称: 郑州市第三人民医院螺旋断层放射治疗系统 (TOMO) 采购项目
	供应商名称: 国药器械河南生命科学有限公司
专业人员论证意见	螺旋断层放射治疗系统 (TOMO) 是中核公司与安科锐公司联合研制的放射治疗设备, 是放疗中理想的精准照射设备, 治疗中心与 CT 影像中心同源, 可获得优良的定位效果, 具有兆伏 CT 和千伏 CT, 获得清晰的诊断级图像, 实现三精治疗, 设备用世界唯一的二元气动光栅, 实现逐层雕刻式治疗, 充分保护正常组织, 具有滑环机架, 一次摆位可治疗 135cm 长度病变, 具有独特性, 产品具有单厂家的特点。同意采用单一来源采购方式。
专业人员签字	曾宏昌 日期: 2024 年 8 月 22 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。